pag. [152]

DBB - Classe A, forme haute, verre

Forme haute, avec bec



ENDO glassware

1| Avec bec et base hexagonale. Graduation bleue.

Référence	Volume	h.	Division	Tolérance
DBB001	5 mL	112 mm	0.1 mL	± 0.05 mL
DBB002	10 mL	135 mm	0.2 mL	± 0.1 mL
DBB003	25 mL	160 mm	0.5 mL	± 0.25 mL
DBB004	50 mL	195 mm	1.0 mL	± 0.5 mL
DBB005	100 mL	240 mm	1.0 mL	±0.5 mL
DBB006	250 mL	320 mm	2.0 mL	± 1.0 mL
DBB007	500 mL	380 mm	5.0 mL	± 2.5 mL
DBB008	1000 mL	420 mm	10.0 mL	± 5.0mL
DBB009	2000 mL	520 mm	20.0 mL	± 10.0 mL



GLASSCO

1| Graduation bleue et base hexagonale.
2| Conforme à la norme UNE EN ISO 4788

Référence	Volume	Division	h.	Tolérance
DBB010	10 mL	0.2 mL	137 mm	± 0.10 mL
DBB011	25 mL	0.5 mL	167 mm	± 0.25 mL
DBB012	50 mL	1.0 mL	195 mm	± 0.50 mL
DBB013	100 mL	1.0 mL	257 mm	±0.50 mL
DBB014	250 mL	2.0 mL	330 mm	±1.00 mL
DBB015	500 mL	5.0 mL	385 mm	±2.50 mL
DBB016	1000 mL	10.0 mL	460 mm	±5.00 mL
DBB017	2000 mL	20.0 mL	565 mm	±10.00 mL



1| Graduation bleue et base hexagonale.

Référence	Volume	h.	Division	Tolérance
DBB027	5 mL	115 mm	0.1 mL	±0,05 mL
DBB028	10 mL	135 mm	0.2 mL	±0.10 mL
DBB029	25 mL	160 mm	0.5 mL	±0.25 mL
DBB030	50 mL	195 mm	1.0 mL	±0.50 mL
DBB031	100 mL	240 mm	1.0 mL	±0.50 mL
DBB032	250 mL	320 mm	2.0 mL	±1.00 mL
DBB033	500 mL	380 mm	5.0 mL	±2.50 mL
DBB034	1000 mL	465 mm	10.0 mL	±5.00 mL
DBB035	2000 mL	535 mm	20.0 mL	±10.00 mL

DBD - Classe A, forme haute, plastique

Eprouvette graduée masse, PMP



VITLAB

1| Marquage circulaire aux point principaux. Certifiée conforme avec certificat de conformité. Avec numéro de lot et année de fabrication gravé au laser.
2| Le certificat de lot contient le numéro de lot et le volume nominal effectivement mesuré (avec indication des conditions de contrôle). Autoclavable.

Référence	Volume	h.	Division	Tolérance
DBD502	25 ml	170 mm	0,50 mL	± 0,25 mL
DBD503	50 ml	200 mm	1,00 mL	± 0,50 mL
DBD504	100 ml	250 mm	1,00 mL	± 0,50 mL
DBD505	250 ml	315 mm	2,00 mL	± 1,00 mL
DBD506	500 ml	360 mm	5,00 mL	± 2,50 mL
DBD507	1000 ml	440 mm	10,00 mL	± 5,00 mL
DBD508	2000 ml	482 mm	20,00 mL	± 10,00 mL