SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

FICHE DESCRIPTIVE ET TECHNIQUE

Gants d'Examen En Latex Blanc Non poudrés



Descriptif

- Gants d'Examen En Latex
- Non poudré
- Non-stérile
- 100% latex
- **EN 455-1-2-3-4**
- **EN 374-1-2-3-4-5**
- **EN 1186**
- **EN 21420**
- **ISO 13485**
- **CE 2777**
- Certification **SGS** et **SATRA**
- **AQL 1.5**

Avantages spécifiques

- Haute résistance à l'étirement
- Excellente dextérité
- **EN 374-1 2016 type B** Protection chimique
- **EN 374-5** Protection virus et micro-organismes
- Norme contact alimentaire **EN 1186**
- Aux normes médicales **EN455-1/2/3/4**
- Fonctionne sur écran tactile
- Packaging multi langues : FR, EN





	XS	S	M	L	XL
Longueur Totale (mm)	240	240	240	240	240
Poids par pièce (gr)	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
épaisseur manchette (mm)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
épaisseur paume (mm)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
épaisseur doigt (mm)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Largeur de paume (mm)	≤ 80	80+/-10	95 +/-10	110+/-10	≥ 110
Résistance à la rupture (min)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Elongation à la rupture avant vieillissement (%)	650	650	650	650	650
Elongation à la rupture après vieillissement(%)	500	500	500	500	500

SERFLAM
12, rue George Charpak 13013 Marseille
Tel. 04 91 02 34 54 – serflam@serflam.com – www.serflam.com
Siret : 32683391000044 - APE : 4646Z - RCS : 326833910 - N° TVA intracom : FR37326833910 - Capital : 15 244,00 €

Définition des normes disponibles

-EN 455-1 : Gants médicaux non réutilisables- Partie 1 : Détection des trous – Prescriptions et essais
-EN 455-2 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 2 : Propriétés physiques : Exigences et essais.
- EN 455-3 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique.
- EN 455-4 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 4 : Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation
- EN 374-1 : Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes – Partie 1 : Terminologie et
exigences de performances.
-EN 374-2 : Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes – Partie 2 : Détermination de la
résistance à la pénétration
- EN 16523-1: Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques - Partie 1 :perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions decontact continu
-EN 374-4 : Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes – Partie 4 :Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques
- EN 374-5 : Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – **Partie 5 :** terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes
- ISO 16523-1 : Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques - **Part 1 :** Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu
- ISO 21420 : Gants de protection- Exigences générales et méthodes d'essai

-EN 1186 : Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires (Règlement10/2011)

Origine : ASIE
Durée de validité du produit : 5 ans

Conservation et de stockage

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE
Stocker les gants dans l'emballage d'origine dans un endroit sec, sombre et à une température comprise **10°C et 40°C.**
Protéger contre l'ozone. À porter sur des mains propres et sèches.

