neodisher® LaboClean UW

Détergent alcalin poudre sans phosphates
Traitement en machine de la verrerie de laboratoire

Principaux domaines d'utilisation :

Pour le lavage en machine de la verrerie et des ustensiles de laboratoire des eaux, des instituts de sérologie et l'industrie des phosphates.

Propriétés :

neodisher LaboClean UW est un détergent alcalin moyen qui protège le matériel et a un très bonne efficacité détergente sur les souillures minérales et organiques. Il peut être utilisé pour le matériel et la verrerie usuelle de laboratoire. Sans phosphate.

Le taux de PO_2O_5 est inférieur à 50 ppm PO_2O_5 dans le concentré.
neodisher UW s'utilise en dureté d'eau jusqu'à 11°f.

Utilisation et dosage :

3 – 5 g/l

Pour le nettoyage de la verrerie de laboratoires utilisée en recherche en sérologie et les déterminations d'enzymes :
Prélavage : sans additif
Lavage : 3 - 5 g/l neodisher LaboClean UW
Neutralisation : 1 - 2 ml/l neodisher Z
Rinçage : premiers cycles en eau douce, le dernier avec de l'eau déminéralisée.

Pour le nettoyage de la verrerie de laboratoires dans l'industrie des phosphates :
Prélavage : neodisher Super ou sans additif
Lavage : 3 - 5 g/l neodisher LaboClean UW
Neutralisation : 1 - 2 ml/l neodisher Z
Rinçage : plusieurs cycles et pour finir, en eau déminéralisée.

Pour le nettoyage de la verrerie de laboratoires utilisée pour les analyses des eaux et des eaux usées (par exemple usines hydrauliques) :
Prélavage : sans additif
Lavage : 3 - 5 g/l neodisher LaboClean UW
Neutralisation : 1 - 2 ml/l neodisher Z
Effectuer plusieurs rinçages avec de l'eau adoucie et rinçage final à l'eau déminéralisée.
S'il est absolument nécessaire que la surface de la verrerie soit libre de tout phosphate vérifier l'absence de phosphate dans l'eau utilisée.

S'assurer d'un rinçage complet en machine (de préférence avec de l'eau déminéralisée)
Avant tout changement de produit rincer le système de dosage ainsi que les tuyaux à l'eau. Ne pas mélanger avec d'autres produits.
Respecter les recommandations des fabricants de laveurs-désinfecteurs.
Pour un usage professionnel uniquement

Données techniques :

Poids spécifique : env. 970 g/l
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 3-5 g/l : 11,7-11.9
Facteur de titrage : 0,29 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Composants selon la réglementation européenne sur les détergents 648/2004 :
‹ 5 % de tensioactifs non ioniques
5-15% d'agent de blanchiment à base d'oxygène

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations- immeuble Raspail --BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : info@drweigert.fr - www.drweigert.fr –

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.

neodisher® LaboClean UW

Détergent alcalin poudre sans phosphates
Traitement en machine de la verrerie de laboratoire

Stockage :

Bien refermer le couvercle après utilisation. A l'humidité le produit peut se compacter et perdre de son efficacité.
Conserver une température entre 0 et 25°C.
Valable 2 ans en conditions de stockage recommandées. Utilisable jusque : voir sur l'étiquette après le symbole

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes 99/45/CE :

Symbole de danger C- corrosif

Contient : Métasilicates de disodium

Indications de risques :

R34	Provoque des brûlures
R37	Irritant pour les voies respiratoires

Consignes de sécurité :

S26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
S27	Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
S 28	Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
S 36/37/39	Porter des gants/vêtements appropriés et un appareil des yeux/du visage appropriés
S 45	En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer la fiche technique).

Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.
Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.fr - rubrique « service ».

Conditionnement :

Seau de 10 KG

FT 4109/2-2 **10/10**

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations- immeuble Raspail --BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : info@drweigert.fr - www.drweigert.fr –

DR. WEIGERT

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.