neodisher® LaboClean PLM

(anciennement neodisher A8)
Détergent poudre faiblement alcalin
Utilisation en laveur

Principaux domaines d'utilisation :

Lavage mécanique du matériel de laboratoires : verre, céramique, acier inoxydable, métaux lourds non ferreux, alliages légers, matières synthétiques dans les laboratoires médicaux, biologiques, chimiques et agroalimentaires

Propriétés :

neodisher LaboClean PLMest un détergent faiblement alcalin avec une excellente efficacité détergente sur le sang, les protéines et les résidus alimentaires, les huiles, les crèmes, les graisses et les résidus de feutre.

Utilisation et dosage :

2 – 5 g/l dans le doseur poudre ou en manuel

Pour éliminer les résidus de feutre :
Lavage : 5 g/l neodisher LaboClean PLM, à 70 – 85° C
Neutralisation : 1-2 ml/l neodisher Z
Rinçage intermédiaire à l'eau.
Rinçage final avec de l'eau déminéralisée (pour éviter des taches d'eau.)

S'assurer d'un rinçage complet (de préférence avec de l'eau déminéralisée).

Données techniques :

Poids spécifique (20 °C) : 785 – 835 g/l
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20 °C) 2 – 5 g/l : 11,1– 11,6
Facteur de titrage : 0,44 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Composants selon la réglementation européenne sur les détergents 648/2004 :
5 – 15 % tensioactifs non ioniques
› 30 % phosphates

Stockage :

Refermer le couvercle après utilisation. Le produit craint l'humidité et peut perdre de son efficacité.

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Symbole de danger C – corrosif

Métasilicates de sodium, solide › 10 %

Indications de risques :
R 34 Provoque des brûlures.

Consignes de sécurité :

S 22 Ne pas respirer les poussières.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin

Conditionnement :

Seau de 10 kg

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.
Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

FT 4122/2 - 1
03/03

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations-Immeuble Raspail –BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX
Tel: 01.48.67.90.33 - Fax: 01.48.67.29.14 - Email: info@drweigert.fr - www.drweigert.fr –

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.