neodisher® N



Détergent et neutralisant acide pour le traitement en machine d'instruments, de verrerie de laboratoire et de cages pour animaux





Concentré liquide

Domaine d'application :

- Neutralisation de résidus alcalins lors du nettoyage en machine d'instruments chirurgicaux, de matériel d'anesthésie, de conteneurs, de chaussures de bloc opératoire et de biberons ainsi que autres ustensiles médico-techniques
- Neutralisation de résidus alcalins lors du nettoyage en machine de verrerie de laboratoire
- Prétraitement acide en machine ou nettoyage de verrerie de laboratoire
- Prétraitement acide en machine de cages pour animaux

Spectre d'efficacité :

- Élimine les couleurs de revenu, le calcaire, les dépôts d'urine et autres salissures solubles en milieu acide
- Compatible avec le verre, les matières céramiques, l'acier inoxydable, les matières plastiques résistantes aux acides et les matières caoutchouteuses
- Non compatible avec les métaux non ferreux, les parties chromées et nickelées ainsi que l'aluminium anodisé.

Propriétés particulières :

- Très bonne rinçabilité
- Sans tensioactifs

Utilisation et dosage :

neodisher N est utilisé dans les laveurs-désinfecteurs pour la neutralisation ainsi que pour le prétraitement ou le nettoyage. Le dosage dépend notamment de l'utilisation.
Respecter les paramètres suivants lors de l'utilisation de neodisher N :

Neutralisation pour le traitement en machine d'instruments thermostables et thermolabiles et d'autres ustensiles médico-techniques ainsi que de verrerie de laboratoire	1 – 2 ml/l
Prétraitement acide en machine ou nettoyage de verrerie de laboratoire	2 – 4 ml/l 40 - 60 °C
Prétraitement acide en machine de cages pour animaux	3 – 4 ml/l 60 - 80 °C

Pour le dosage, utiliser des appareils de dosage appropriés.

Pour éviter des taches d'eau, il est recommandé d'utiliser une eau déminéralisée lors du rinçage final.

La solution d'application neodisher N doit être entièrement rincée à l'eau (de préférence déminéralisée).

Lors de l'utilisation de neodisher N pour le prétraitement ou le nettoyage, il faut veiller à la résistance aux acides des objets à laver, du laveur-désinfecteur et des conduits d'évacuation. Les conduits d'évacuation en Eternit et en fonte ne sont pas compatibles et exigent une neutralisation préalable de la solution à évacuer.

Recommandations générales d'utilisation :

- Pour un usage professionnel uniquement.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hambourg
Tél. : +49-40-7 89 60-0
Fax : +49-40-7 89 60-120

neodisher® N

- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes compatibles et validées.
- Veuillez respecter les recommandations de traitement du fabricant des dispositifs médicaux conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664, les recommandations de nettoyage des fabricants de verrerie de laboratoire ainsi que les recommandations de traitement des fabricants de cages pour animaux et les recommandations du groupe de travail sur le traitement des cages d'animaux (« Arbeitskreis Käfigaufbereitung », AK KAB) selon l'édition en vigueur de la brochure « Traitement correct des cages dans la production animale » (« Käfigaufbereitung in der Tierhaltung richtig gemacht ») de l'AK KB.
- Les notices d'instructions des fabricants des lave-bassins doivent être respectées.

Données techniques :

Valeur pH	2,2 – 1,8 (1 – 4 ml/l, déterminée en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 50 mPas (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,5 g/cm^3 (20 °C)
Facteur de titrage	0,16 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :
> 30 % de phosphates

Marquage CE : CE MD

neodisher N satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Conserver à une température comprise entre -15 et 30 °C. Durée de conservation en cas de stockage conforme : 3 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole ⌛.

Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination de produit restant, voir la fiche de données de sécurité.

MB 4201/3-1 Version 03/2020

ERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

Les informations fournies par cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas pour autant l'utilisateur de procéder à ses propres tests et essais.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hambourg
Tél. : +49-40-7 89 60-0
Fax : +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.com
www.drweigert.com